



دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۳۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی کاوش ۳۰۱.۱۸۰



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	WBC	۷.۱	۷.۴۷	۴.۱۸	-۰.۶۳	۵.۰۲%	جزئیات
۲	RBC	۴.۳۴	۴.۳۹	۲.۵۳	-۰.۴۰	۱.۲۱%	جزئیات
۳	Hb	۱۲۵	۱۲۹.۵۰	۲.۵۳	-۱.۱۶	۳.۴۸%	جزئیات
۴	Hct	۴۱.۲	۳۷.۴۲	۴.۳۳	۲.۵۲	۱۰.۰۹%	جزئیات
۵	MCV	۹۴.۹	۸۵.۱۶	۴.۷۸	۲.۸۶	۱۱.۴۳%	جزئیات
۶	MCH	۲۸.۸	۲۹.۴۶	۲.۷۵	-۰.۷۵	۲.۲۵%	جزئیات
۷	MCHC	۳۰۳	۳۴۶.۶۹	۴.۳۶	-۳.۱۵	۱۲.۶%	جزئیات
۸	Plts	۲۵۴	۲۵۱.۷۳	۷.۳۶	۰.۰۹	۰.۹%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول