



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۳۲۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی کاوش ۳۰۱.۱۸۰

نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Positive	Siemens	ECL	۱۶.۶	Positive	HBs Ag
Negative	Siemens	ECL	۰.۰۲۰	Negative	HCV Ab
Positive	Siemens	ECL	۲۵.۳۷	Positive	HIV Ab

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۲	۲۸	۵	۲	۱	Negative	
۱۹	۱۱۳۴	۹۶	۱۵۵	۱۷۶	Positive	HBs Ag
۱	۶				Suspicious	
۲۰	۱۲۰۶	۷۸	۱۶۲	۹۸	Negative	
	۹	۱	۱	۲	Positive	HCV Ab
	۲				Suspicious	
۱	۲۷	۵			Negative	
۱۹	۱۱۵۹	۱۳۰	۱۵۶	۱۰۹	Positive	HIV Ab
	۱	۱			Suspicious	