



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۳۲۱

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی کاوش ۳۰۱.۱۸۰

پارامتر	نتیجه نهایی	Sample/cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBs Ag	Negative	۰.۶۳۸	ECL	Siemens	Negative
HCV Ab	Negative	۰.۰۲۰	ECL	Siemens	Negative
HIV Ab	Negative	۰.۲۶	ECL	Siemens	Negative

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
HBs Ag	Negative	۱۸۱	۱۵۳	۹۵	۱۱۱۸	۱۹
	Positive	۱	۱		۳۸	۲
	Suspicious				۴	
HCV Ab	Negative	۱۰۷	۱۴۶	۷۱	۱۲۰۹	۱۹
	Positive	۱	۱۲		۲	
	Suspicious		۳		۱	
HIV Ab	Negative	۱۱۱	۱۴۶	۱۲۸	۱۱۵۳	۱۸
	Positive	۱	۹	۳	۲۳	۲
	Suspicious		۳		۳	