



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پلاسما کنترل لئوفیلیزه

دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۳۳۱

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی کاوش ۳۰۱.۱۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	PT	۱.۳	۱.۲۹	۱۱.۳۴	۰.۱۲	۱.۰۹%	<a href="#">جزئیات</a>
۲	PTT	۳۳.۵	۳۶.۷۷	۱۲.۲۳	-۰.۹۹	۸.۹%	<a href="#">جزئیات</a>

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول