

## آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک گرگان

مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

ME201

کد آزمون:

Blood Cell Count

نام آزمون:

Blood Cell Count PT/EQA, 1403, 1st round

عنوان تقویم:

## آنالیت های کمی

Performance	SDI-B	AV-B	نتیجه B	SDI-A	AV-A	نتیجه A	واحد	Peer Group	آنالیت	ردیف
✓	0.73	208.70	224	-0.80	163.10	150	E+3/ μl	Nihon Kohden Celtac	Plts count	1
✓	-1.27	4.13	3.71	-2.15	2.50	2.07	E+3/ μl	Nihon Kohden Celtac	WBC count	2
✓	-0.01	4.81	4.81	0.72	4.68	4.78	E+6/ μl	Nihon Kohden Celtac	RBC count	3
✓	-0.94	31.08	30.2	-0.98	28.44	27.6	pg	Nihon Kohden Celtac	MCH	4
✓	-0.59	92.27	89.25	-0.15	87.56	86.4	fl	Nihon Kohden Celtac	MCV	5
✓	-0.90	44.20	42.6	0.00	41.40	41.4	%	Nihon Kohden Celtac	Haematocrit (Hct)	6
✓	-1.00	15.00	14.55	-0.50	13.40	13.2	g/dl	Nihon Kohden Celtac	Hemoglobin (Hb)	7
✓	-0.21	34.22	34.15	-0.61	32.53	31.9	g/dl	Nihon Kohden Celtac	MCHC	8