

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک گرگان

مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

ME201

کد آزمون:

Blood Cell Count

نام آزمون:

Blood Cell Count PT/EQA, 1403, 2nd round

عنوان تقویم:

آنالیت های کمی

Performance	D%-B	SDI-B	AV-B	نتیجه B	D%-A	SDI-A	AV-A	نتیجه A	واحد	Peer Group	آنالیت
✓	-3.41	-0.34	127.34	123	18.55	1.85	300.31	356	E+3/ μl	Nihon Kohden Celtac	Plts count
✓	-8.81	-1.10	2.58	2.3	-8.08	-1.01	4.01	3.6	E+3/ μl	Nihon Kohden Celtac	WBC count
✓	2.62	0.87	4.39	4.52	2.07	0.69	5.22	5.35	E+6/ μl	Nihon Kohden Celtac	RBC count
?	-7.44	-2.48	31.55	29.2	-6.27	-2.09	29.66	27.8	pg	Nihon Kohden Celtac	MCH
✓	-3.84	-0.96	98.06	94.3	-4.65	-1.16	89.54	85.3	fl	Nihon Kohden Celtac	MCV
✓	0.00	0.00	43.00	43	0.00	0.00	46.00	46	%	Nihon Kohden Celtac	Haematocrit (Hct)
✓	0.00	0.00	13.80	13.8	-0.86	-0.29	15.13	15	g/dl	Nihon Kohden Celtac	Hemoglobin (Hb)
✓	-2.51	-0.63	31.74	30.9	-1.38	-0.35	33.05	32.6	g/dl	Nihon Kohden Celtac	MCHC