

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک گرگان

مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

ME201

کد آزمون:

Blood Cell Count

نام آزمون:

Blood Cell Count PT/EQA, 1403, 3rd round

عنوان تقویم:

آنالیت های کمی

آنالیت	Peer Group	واحد	نتیجه A	AV-A	SDI-A	D%-A	نتیجه B	AV-B	SDI-B	D%-B	Performance
Plts count	Nihon Kohden Celtac	E+3/ μl	231	225.06	0.39	3.94	169	158.23	0.82	8.16	✓
WBC count	Nihon Kohden Celtac	E+3/ μl	4.4	4.06	1.34	10.69	3.9	3.62	1.18	9.47	✓
RBC count	Nihon Kohden Celtac	E+6/ μl	4.2	4.28	-0.59	-1.78	4.33	4.26	0.58	1.75	✓
MCH	Nihon Kohden Celtac	pg	27.8	28.32	-0.61	-1.82	29.9	30.17	-0.30	-0.90	✓
MCV	Nihon Kohden Celtac	fl	88.8	91.64	-0.63	-2.53	91.3	94.11	-0.62	-2.46	✓
Haematocrit (Hct)	Nihon Kohden Celtac	%	38	39.40	-0.89	-3.55	39.5	40.00	-0.31	-1.25	✓
Hemoglobin (Hb)	Nihon Kohden Celtac	g/dl	11.9	12.10	-0.55	-1.65	12.8	12.90	-0.26	-0.78	✓
MCHC	Nihon Kohden Celtac	g/dl	31.3	30.64	0.54	2.17	32.4	31.60	0.63	2.53	✓