

## آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک گرگان

مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

ME201

کد آزمون:

Blood Cell Count

نام آزمون:

Blood Cell Count PT/EQA, 1404, 1st round

عنوان تقویم:

## آنالیت های کمی

ردیف	آنالیت	Peer Group	واحد	نتیجه A	AV-A	SDI-A	نتیجه B	AV-B	SDI-B	Performance
1	Plts count	Nihon Kohden Celtac	E+3/ μl	183	176.15	0.39	160	146.07	0.95	✓
2	WBC count	Nihon Kohden Celtac	E+3/ μl	6.3	6.09	0.38	5.18	5.12	0.10	✓
3	RBC count	Nihon Kohden Celtac	E+6/ μl	4.8	4.80	0.03	4.14	4.14	0.03	✓
4	MCH	Nihon Kohden Celtac	pg	30.1	30.66	-0.61	29.5	29.82	-0.35	✓
5	MCV	Nihon Kohden Celtac	fl	84.8	90.42	-1.55	84.6	88.89	-1.21	✓
6	Haematocrit (Hct)	Nihon Kohden Celtac	%	41.5	42.40	-0.39	35.5	35.50	0.04	✓
7	Hemoglobin (Hb)	Nihon Kohden Celtac	g/dl	14.3	14.60	-0.68	12.2	12.30	-0.27	✓
8	MCHC	Nihon Kohden Celtac	g/dl	35.5	33.73	1.31	34.8	33.27	1.15	✓