

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک گرگان

مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

ME113

کد آزمون:

Fetal Screening

نام آزمون:

Fetal Screening PT/EQA, 1404,
1st round

عنوان تقویم:

Performance	SDI-A	AV-A	نتیجه A	آنالیت های کمی واحد	Peer Group	آنالیت	ردیف
✓	-0.46	13,800.39	12751	mU/ml	CLIA-Siemens	hCG	1
✓	-1.35	90.68	76	ng/ml	CLIA-Siemens	Free beta hCG	2
✓	0.65	6.36	6.85	mU/ml	CLIA-Siemens	PAPP A	3
✓	0.88	132.97	137.5	pg/ml	Elisa-Beckman	Inhibin A	4
✓	-0.75	0.45	0.41	ng/ml	CLIA-Siemens	UE3	5
✓	-0.04	25.35	25.23	U/ml	CLIA-Siemens	AFP	6