MELABTEC
Middle East Laboratory Technologies Center

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک گرگان

مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

نام آزمون:	Fetal Screening	کد آزمون:	ME113
عنوان تقویم :	Fetal Screening PT/EQA, 1405, 1st round		

آنالیت های کمی

ردیف	آنالیت	Peer Group	واحد	نتیجه A	AV-A	SDI-A	D%-A	Performance
1	AFP	CLIA-Siemens	U/ml	33.4	32.19	0.31	3.76	✓
2	UE3	CLIA-Siemens	ng/ml	0.39	0.53	-2.22	-26.64	?
3	Inhibin A	Elisa-Beckman	pg/ml	163	149.51	0.75	9.02	✓
4	PAPP A	CLIA-Siemens	mU/ml	2.74	2.62	0.24	2.88	✓
5	Free beta hCG	CLIA-Siemens	ng/ml	28.6	28.52	0.02	0.28	✓
6	hCG	CLIA-Siemens	mU/ml	25325	22,849.67	0.90	10.83	✓